

Plateforme Fédérale COVID-19 Collectivités



Version applicable pendant le mois de novembre

Table des matières

1. Introduction.....	3
2. Flux de données.....	4
2.1. L'outil de collectivité.....	4
2.2. Collaboration avec la plateforme fédérale (situation actuelle)	5
2.3. Collaboration avec un laboratoire partenaire de la plateforme fédérale.....	5
2.4. Consultation des résultats	6
3. Flux logistique.....	6
4. Matériel de prélèvement.....	7
5. Points de contact	8
Annexe 1	9

Version applicable pendant le mois de novembre


Version 1.1

5 novembre 2020

1. Introduction

Considérant la durée de l'épidémie liée au coronavirus et afin de garantir la continuité de testing (et, si possible, l'augmenter), il a été décidé de lancer la plateforme fédérale de testing "Platform BIS". Cette plateforme sera (par étape) opérationnelle dès le mois de novembre 2020 et remplacera ultimement la plateforme existante. Précisément, la plateforme fédérale de testing "Platform BIS" regroupe 8 consortia, chaque consortium étant formé d'un laboratoire universitaire et d'un laboratoire de biologie clinique lié à cette université :

- UGent et UZGent
- UAntwerpen et UZA
- KU Leuven et UZ Leuven
- ULiège et CHU Liège
- UNamur et CHU-UCL Namur
- UMons et Jolimont
- ULB et IBC
- UCL et Saint-Luc Bruxelles



La capacité des laboratoires partenaires de la plateforme fédérale COVID-19 augmentera durant les mois de novembre et décembre 2020 afin d'assurer une capacité journalière de 56 000 échantillons, soit 7000 échantillons par jour et par consortium.


La capacité de testing augmentera par étape dans le but d'atteindre, conjointement avec les laboratoires classiques de biologie clinique, les chiffres suivants :

	19/okt	26/okt	2/nov	9/nov	16/nov	23/nov	30/nov	7/dec	14/dec	21/dec	28/dec	4/jan	11/jan	18/jan
Klassieke klinische labo's	55000	55000	55000	57750	57750	60000	60000	60000	62500	62500	65000	65000	65000	65000
Federaal platform	15800	16800	17770	21100	26500	32800	31500	38500	42500	45500	47000	49500	49500	49500
TOTALE CAPACITEIT BE	70800	71800	72770	78850	84250	92800	91500	98500	105000	108000	112000	114500	114500	114500

Figure 1: Evolution de la capacité de testing en Belgique (le 28/10/2020)

2. Flux de données

Dans les collectivités, vous pouvez utiliser « l'outil de collectivité » (<https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-FR.pdf>)



2.1. L'outil de collectivité

Via la WebApp Corona Test Prescription & Consultation (<http://pcr.tracing-coronavirus.be/>), les médecins responsables peuvent :

- Faire une demande de prescription de test COVID pour des personnes faisant partie d'une collectivité ou d'une entreprise ;
- Faire une demande d'analyse à un laboratoire ;
- Consulter toutes les demandes et tous les résultats des patients liés à sa collectivité/son entreprise.

En tant que médecin responsable, vous pouvez accéder à une ou plusieurs collectivité(s)/entreprise(s). Pour ce faire, vous devez faire une déclaration sur l'honneur pour indiquer que vous travaillez effectivement pour cette collectivité/entreprise.

En tant que médecin du travail/de collectivité, vous pouvez mandater une personne administrative (citoyen) afin que celle-ci puisse vous assister dans les demandes de test COVID-19 via l'application « Mandats » du Service Public Fédéral Finances : <https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare/>.

Pour faire une demande de prescription, vous devez remplir toutes les données nécessaires du patient, ainsi que les données du(des) médecin(s) qui doivent recevoir les résultats.

Pour faire une demande d'analyse (pour une collectivité/entreprise en particulier), vous devez introduire les données nécessaires.

Lors de l'encodage d'un échantillon, il est absolument obligatoire de renseigner le code-barres de l'échantillon ainsi que le laboratoire qui analysera l'échantillon.

2.2. Collaboration avec la plateforme fédérale (situation actuelle)

Si vous travaillez avec la plateforme fédérale, vous devez sélectionner “FEDERAL-PLATFORM”.

Sélection de plateforme fédérale dans l’outil de collectivité

CORONA
TEST PRESCRIPTION & CONSULTATION

Demander une analyse

Recapitulatif

Code prescription
Nom
N° registre national
N° de téléphone
Date de création

Laboratoire exécutant l'analyse *

Rechercher

☐ Je veux que ma demande d'analyse soit exécutée par FEDERAL-PLATFORM

Type d'échantillon *

N° d'échantillon * Date de prélèvement * 28/10/2020 Heure du prélèvement *

☐ Je ne dispose pas d'un numéro d'échantillon

Type de test *

PCR

Envoyer

Si l’une des données susmentionnées est manquante, l’échantillon ne pourra pas être analysé et vous ne recevrez pas les résultats.

Si vous introduisez le code-barres manuellement, il est très important que vous contrôliez que le code-barres encodé soit correct.

2.3. Collaboration avec un laboratoire partenaire de la plateforme fédérale

Dès que les laboratoires ont passé avec succès l’audit réalisé par Sciensano, le déploiement démarra. Cela sera réalisé étape par étape avec un centre de tri à proximité. Au cours du mois de novembre 2020, et en tenant compte de l’augmentation des nouveaux laboratoires, tous les centres de tri qui travaillent avec la plateforme fédérale seront assignés d’un laboratoire qui leur est proche (voir carte ci-dessus). Le changement pour les collectivités s’opèrera dans un délai plus tardif.

- Le laboratoire de la plateforme fédérale ou un(e) collaborateur(trice) de la plateforme fédérale actuelle prendra contact avec vous.
- Un entretien aura lieu pour décider des dispositions pratiques, telles que :
 - Accord sur la date de démarrage effective ;
 - Confirmation de l’horaire de votre poste de tri et des moments de ramassage souhaités ;
 - Coordination sur les modalités pratiques (type de boîte, ...).

Si vous travaillez avec un laboratoire spécifique, vous devez sélectionner le laboratoire dans la module 3 de l'outil de collectivité (pour les collectivités). De cette manière, l'e-form sera envoyé directement au laboratoire sélectionné.

Si l'une des données susmentionnées est manquante, l'échantillon ne pourra pas être analysé et vous ne recevrez pas les résultats.

Si vous introduisez le code-barres manuellement, il est très important que vous contrôliez que le code-barres encodé soit correct.

The screenshot shows the 'E-Form Laboratory Test Request' interface. It contains several input fields and a submit button. The fields are organized into sections: 'Info' (Labo *, Voorschrijver *, Uitvoerder *, Ontvangers), 'Patiënt' (Naam *, Voornaam *, Rijksregisternummer *, Geslacht, GSM-nummer *). The 'Labo *' field has a dropdown menu with 'FEDERAL-PLATFORM | null' selected. The 'Voorschrijver *' and 'Uitvoerder *' fields have placeholder text 'Voornaam naam dokter'. The 'Ontvangers' field has placeholder text 'Voornaam naam dokter' and a note 'Geen ontvangers geselecteerd'. The 'Patiënt' section has fields for 'Naam *' (TESTO), 'Voornaam *' (testo), 'Rijksregisternummer *' (XX-XX-XX-XX-XX), 'Geslacht' (Man/Vrouw), and 'GSM-nummer *' (GSM-nummer). A blue button labeled 'Verstuur E-Form' is at the bottom.

2.4. Consultation des résultats

Le laboratoire traite les informations de l'e-form et transmet les résultats des tests directement aux personnes indiquées dans la demande comme destinataires.

Votre dashboard vous donne un aperçu de vos demandes ainsi que les résultats.

Veuillez noter que :

- Les informations visibles dans le dashboard sont limitées à 14 jours dans le passé ;
- Le dashboard ne montre que les dernières informations par patient.

3. Flux logistique

Les labos centraux (CERBA et PPD) s'occupent de la livraison et du ramassage des tests réalisés. La procédure pour demander des tests via les points de contact des régions ne change actuellement pas.

- Livraison:
 - Nous organiserons la livraison du matériel des tests, ainsi que celle du matériel de protection.
 - La livraison aura lieu au plus tard la veille du testing. Le coursier prendra contact avec vous afin de s'aligner du moment de la livraison (et du ramassage).

- Ramassage :
 - Le labo central/le coursier prendra contact avec vous afin de s'aligner sur le(s) moment(s) le(s) plus adéquat(s) du ramassage.
 - Il est important de donner tous les échantillons au coursier au moment du ramassage. De plus, les échantillons doivent être enregistrés dans l'outil de collectivité – idéalement au moment du prélèvement.

Informations que vous devez communiquer :


- Adresse exacte pour la livraison et ramassage des tests
- Coordonnées de(s) point(s) de contact de la collectivité

Veillez noter qu'un changement (incluant d'autres partenaires logistiques) est prévu pour décembre 2020 ; de plus amples informations seront partagées durant le mois de novembre.

4. Matériel de prélèvement

Depuis le mois de mai 2020, la plateforme fédérale travaille avec un milieu de transport (Zymo) inactivé. Ce milieu continuera à être utilisé. La quantité des tubes contenant ce milieu varient selon leur approvisionnement. Dès le début du mois de novembre 2020, de nouveaux tubes en provenance de la firme Diagenode compléteront le stock (*figure 2*). La spécificité de ces nouveaux tubes est que le bouchon ne peut être utilisé qu'une seule fois. Une fois dévissé du tube, le bouchon orange doit donc être jeté ; après le prélèvement, veillez à correctement fermer le tube au moyen du nouveau bouchon vert fourni (*voir le manuel en annexe*).

Figure 2 : nouveau tube



Le format des codes-barres des nouveaux tubes est le suivant : CVxxxxxxCC dont "x" sont des chiffres (0-9) et CC le chiffre de contrôle.

Si vous introduisez le code-barres manuellement, il est très important que vous contrôliez que le code-barres encodé soit correct.

Attention : Aucune information personnelle ne peut être apposée sur les tubes.

La plateforme fédérale peut fournir des swabs nasopharyngés (pour le nez) et oropharyngés (pour la gorge). Veuillez en tenir compte durant le prélèvement !

5. Points de contact

Pour toute questions liée au testing du COVID-19 par la plateforme fédérale, veuillez consulter :

- Pour les manuels d'utilisation outil de collectivité :
<https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-FR.pdf>
Veuillez noter que des webinars s'y référant sont disponibles sur :
<https://www.corona-tracking.info/webinars/?lang=fr>
- Pour les FAQs :
<https://www.corona-tracking.info/medecins-de-collectivites/plateforme-federale/faqs/?lang=fr>

Pour toute autre question liée au testing du COVID-19 par la plateforme fédérale, vous pouvez contacter :

0800 980 06
02 223 00 00
tech@memo.be

Quelles questions?	Où ?
Questions liées à la livraison : • Confirmation de la demande d'essai/livraison du matériel d'essai • Questions sur la date de livraison • Modification du nombre de tests demandés • Commentaires sur la livraison (ex. livraison non effectuée ou matériel fourni insuffisant)	<i>[jusqu'au 30/11]</i> Pour le Limbourg, le Brabant Flamand, le Brabant Wallon, Liège, Namur, le Luxembourg, Bruxelles et la Communauté Germanophone: PPD Global Central Labs • 02 808 38 43 • BEGV.COVID-19.sm@ppdi.com
Questions liées au matériel de test : • Commentaires sur le matériel fourni (par exemple, plaintes concernant le matériel fourni) • Demande de collecte de matériel de test inutilisé	Pour la Flandre Occidentale, la Flandre Orientale, Anvers et le Hainaut: BARC/Cerba Research • 09 240 94 44 • COVID-19@cerbaresearch.com
Questions liées au ramassage des échantillons prélevés : • Confirmation du prélèvement • Demande sur l'heure de ramassage • Modification de l'heure de ramassage • Commentaire à propos du ramassage (ex. pas encore réalisé) • Demande de ramassage supplémentaire	<i>[Changement à partir du 1/12 ; le document sera modifié en conséquence.]</i>

Questions liées à l' outil de réservation : • Authentification • ...	https://www.corona-tracking.info/centres-de-tri/manuels-dutilisation-outil-de-reservation/?lang=fr
Questions liées à l' outil de collectivité • Authentification • ...	https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-FR.pdf
Questions liées aux résultats des tests • Résultats manquants • Non-conformité / résultats invalides • Demande à propos des données CTn • ...	<u>Memo</u> 02 223 00 00 tech@memo.be Transfert vers l'application AFMPS ou vers le laboratoire concerné.

Annexe 1

Fiches d'instructions pour l'utilisation des tubes Diagenode



Instructions
utilisation kit swab |